X線グリッド 使用前点検管理表

※1： 外観に異常がみられた場合はX線検査で内部品質の点検を行なってください。

※2： X線検査で画像上にアーチファクトが見られる場合はただちに使用を中止し、装置のメンテナンスサービス担当または株式会社三田屋製作所 (mail@mitaya.co.jp Tel: 049-298-8017)にご連絡ください。

点検日	担当者	外観目視（異常有無）※1		X線検査（異常有無）※2		備考
		□無	□有	□無	□有	
		□無	□有	□無	□有	
		□無	□有	□無	□有	
		□無	□有	□無	□有	
		□無	□有	□無	□有	
		□無	□有	□無	□有	
		□無	□有	□無	□有	
		□無	□有	□無	□有	
		□無	□有	□無	□有	
		□無	□有	□無	□有	
		□無	□有	□無	□有	
		□無	□有	□無	□有	
		□無	□有	□無	□有	
		□無	□有	□無	□有	
		□無	□有	□無	□有	
		□無	□有	□無	□有	
		□無	□有	□無	□有	
		□無	□有	□無	□有	